



Estándares CAL Check™ de Cloro Libre – HI97701-11

## Description

El HI96701-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar los fotómetros portátiles de cloro libre compatibles que tienen un rango de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm). El HI96701-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de  $1.00 \pm 0.03$  mg/L de cloro libre a 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

## Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento
- Valor estándar a 25 °C
- Medidor de referencia trazable por NIST

## Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

## Medidores Compatibles:

- HI97101
- HI97104
- HI97701
- HI97710
- HI97711
- HI97725
- HI96745