EstÃ¡ndares CAL Check â„¢ de Cloro Libre y Cloro Rango Ultra Alto â€“ HI97771-11

Description

El HI97771-11 es un conjunto de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotÃ³metro portÃ¡til HI97771 que tiene un rango de cloro libre de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) y de 0 a 500 mg/L. El HI97771-11 incluye una cubeta sellada â€œAâ€• para poner a cero el medidor y una cubeta â€œBâ€• que se utiliza para validar o calibrar. Una lectura aceptable usando los estÃ¡ndares con el HI96771 es de 1.00 Â± 0.03 mg/L para el rango bajo y 100 Â± 3 mg/L de cloro para el rango ultra alto a 25Â°C. El conjunto de calibraciÃ³n se produce en nuestras instalaciones de fabricaciÃ³n de Ãºltima generaciÃ³n utilizando productos quÃmicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de AnÃ¡lisis

- NÃºmero de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estÃ¡ndar a 25Â°C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validaciÃ³n y calibraciÃ³n de los rangos de cloro libre y ultra alto para el HI97771 es rÃ¡pida y fÃ¡cil con los EstÃ¡ndares CAL Checkâ„¢ HI97771-11.