



Estándares CAL Check de Cloruro – HI97753-11

## Description

El HI97753-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de cloruro que se encuentra en fotómetros compatibles que tienen un rango de cloruro de 0.0 a 20.0 mg/L (ppm). El HI97753-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 10.0 ± 0.5 mg/L de cloruro a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

## Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

## Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del rango de cloruro para el fotómetro compatible HI97753 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI97753-11.