Estándares CAL Check™ de Cromo VI de Rango Alto – HI97723-11

Description

El HI97723-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro Portátil de Cromo VI de Rango Alto HI97723 que tiene un rango de 0 a 1000 mg/L (ppb). El HI97723-11 incluye una cubeta sellada ?A? para poner a cero el medidor y una cubeta ?B? que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar “B” es de 300 ? 10 ?g/L de cromo hexavalente a 25C. ?El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada. ?

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del rango de cromo VI para el fotómetro portátil HI97723 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check ? HI97723-11.