



Estándares CAL Check™ de Manganese de Rango Bajo – HI97748-11

## Description

El HI97748-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de manganeso que se encuentra en fotómetros compatibles que tienen un rango de manganeso de 0 a 300 µg/L (ppb). El HI97748-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de  $150 \pm 10$  µg/L de manganeso a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

## Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

## Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

## Medidores compatibles

- HI97748
- HI97742

La validación y calibración del rango de manganeso para los fotómetros enumerados anteriormente es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI97748-11.