Estándares CAL Check ™ de Molibdeno – HI97730-11

Description

El HI97730-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de molibdeno que se encuentra en fotómetros compatibles que tienen un rango de molibdeno de 0.0 a 40.0 mg/L (ppm). El HI97730-11 incluye una cubeta sellada “A” para poner a cero el medidor y una cubeta “B” que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar “B” es de 10.0 ? 0.3 mg/L de molibdeno a 25C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del Fotómetro Portátil de Molibdeno HI97730 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check ? HI97730-11.