



Estándares CAL Check™ de Nitrato – HI97728-11

Description

El HI97728-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro de Nitrato HI97728 que tiene un rango de nitrato-nitrógeno de 0.0 a 30.0 mg/L (ppm). El HI97728-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 15.0 ± 1.0 mg/L de nitrato-nitrógeno a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25°C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del Fotómetro Portátil de Nitrato HI97728 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI97728-11.