



Estándares CAL Check™ de pH – HI97710-11

## Description

El HI97710-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de pH que se encuentra en fotómetros portátiles compatibles que tienen un rango de pH de 6.5 a 8.5. El HI97710-11 incluye una cubeta ?A? sellada para poner a cero el medidor y una cubeta ?B? que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar ?B? es pH 7.0 ? 0.1 @ 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

## Suministrados con Certificado de Análisis

- Número de lote
- Fecha de vencimiento
- Valor estándar a 25 °C
- Medidor de referencia trazable por NIST

## Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

## Medidores compatibles:

- HI97101

- HI97104
- HI97710
- HI97725
- HI97736
- HI97743
- HI97744
- HI97745

La validación y calibración del rango de pH para uno de los fotómetros portátiles enumerados anteriormente es rápida y fácil con los estándares CAL Check ? HI97710-11.