



Estándares CAL Check™ de Zinc – HI97731-11

Description

El HI97731-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de zinc que se encuentra en el fotómetro compatible HI97731 que tiene un rango de zinc de 0.00 a 3.00 mg/L (ppm). El HI97731-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de $1,50 \pm 0,05$ mg/L de zinc a 25C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del rango de zinc para el fotómetro portátil HI97731 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check ? HI97731-11.