



Estándares CAL Check™ para Cobre de Rango Bajo – HI96747-11

Description

El HI96747-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotómetro portátil para cobre de rango bajo HI96747 en un rango de 0.000 a 1.500 mg/L (ppm). El HI96747-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 0.75 ± 0.04 mg/L de cobre a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrado con certificado de análisis

- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25°C
- Equipo de referencia trazable con NIST

Proporcionado en contenedores de almacenamiento

- A prueba de luz
- Protegido contra roturas accidentales

La validación y calibración del fotómetro portátil para cobre HI96747 es rápida y fácil con los estándares CAL Check HI96747-11.

image not found or type unknown

