



Estándares CAL Check™ para Hierro de Rango Bajo – HI97746-11

Description

El HI97746-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar los fotómetros compatibles que tienen un rango de 0 a 1.60 mg/L (ppm) de hierro. El HI97746-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 0.80 ±0.07 mg/L de hierro a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrado con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

Suministrado en contenedores de almacenamiento

- A prueba de luz
- Protegido contra roturas accidentales

Medidores compatibles:

- HI97101
- HI97741
-

HI97742

- HI97743
- HI97744
- HI97745
- HI97746

La validación y calibración del rango de hierro para uno de los fotómetros portátiles enumerados anteriormente es rápida y fácil con los estándares CAL Check HI97746-11.