



Estándares CAL Check™ para Níquel de Rango Bajo – HI97740-11

Description

El HI97740-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro Portátil para Níquel de Rango Bajo HI97740 en un rango de 0.000 a 1.000 mg/L (ppm) de níquel. El HI97740-11 incluye una cubeta sellada ?A? para poner a cero el medidor y una cubeta ?B? que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar ?B? es de 0.500 ±0.020 mg/L de níquel a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrado con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25°C
- Medidor de referencia trazable del NIST

Proporcionado en contenedor de almacenamiento

- A prueba de luz
- Protegido contra roturas accidentales

La validación y calibración del Fotómetro Portátil para Níquel de Rango Bajo HI97740 es rápida y fácil con los estándares CAL Check HI97740-11.