Estándares CAL Checker® para Yodo – HI96718-11

Description

El HI96718-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro Portátil para Yodo HI96718 en un rango de 0.0 a 12.5 mg/L (ppm). El HI96718-11 incluye una cubeta sellada “A” para poner a cero el medidor y una cubeta “B” que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar “B” es de 2.5 ±0.2 mg/L de yodo a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrado con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Numero de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25°C
- Medidor de referencia trazable del NIST

Proporcionado en contenedor de almacenamiento

- A prueba de luz
- Protegido contra roturas accidentales

Medidores compatibles:

- HI96101
- HI96718

La validación y calibración del Fotómetro Portátil para Yodo HI96718 es rápida y fácil con los estándares CAL Check™ HI96718-11.

Especificaciones

Paquete	Normas selladas: 0.0 y 2.5 mg /L Yodo
Cantidad	1 conjunto