HI93755-53 Reactivo Removedor de Cloro para HI775

Description

Los HI93755-53 son reactivos de alta calidad que permiten a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas en el Colorímetro de Alcalinidad de Agua Dulce Checker? HC HI775. Estos reactivos se utilizan para eliminar la interferencia de cloro que podría interferir con la medición de la muestra. Para eliminar la interferencia del cloro, agregue una gota de removedor de cloro HI93755-53 a la muestra sin reaccionar.

Especificaciones

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 2.00 mg/L de cobre
Cantidad	1 conjunto