



Hélices de Repuesto para Agitador Superior del Tituladores Automáticos (3) – HI900302

Description

Las hélices de repuesto HI900302 se utilizan con el agitador superior de los sistemas de titulación automática HI901 e HI902C. Durante las titulaciones, la muestra que se prueba debe ser agitada. El uso de un agitador superior permite una mezcla adecuada y la muestra es homogénea en cuanto a consistencia y temperatura. La agitación de la muestra también ayuda a acelerar el tiempo de respuesta de un sensor para lograr una lectura estable, lo que finalmente conduce a un resultado de titulación más preciso. El agitador superior garantiza una mezcla eficaz con una velocidad seleccionable de 100 a 2500 rpm. Las hélices duraderas HI900302 pueden extraerse fácilmente del eje del agitador cuando es necesario limpiarlas o reemplazarlas.