



Llave de Verificación de Calibración a 158°F (Sondas HI762) – HI762158F

Description

La Llave de Verificación de Calibración a 158°F HI762158F está diseñada para verificar la precisión de su termómetro termistor. Esta llave de verificación es compatible con cualquiera de los termómetros de termistor de Hanna que utilizan la serie de sondas HI762.

Simplemente conectando la llave de calibración a la entrada de la sonda, el usuario puede determinar rápidamente si el medidor necesita ser recalibrado. Si la lectura en la pantalla difiere más de 0.8 °F del valor nominal clave, el termómetro debe ser recalibrado en nuestro centro de servicio técnico. Para la verificación periódica de la calibración de su termómetro, se recomienda verificar al menos dos puntos de calibración. El valor de las teclas de verificación de calibración debe elegirse en función de la temperatura esperada de la muestra.

Especificaciones

Valor nominal clave	158°F
Exactitud	± 0.8°F