



Estándares CAL Check™ de Manganeso de Alto Rango – HI96709-11

Description

HI96709-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotómetro portátil de manganeso de alto rango (HI96709) que tiene un rango de manganeso de 0,0 a 20,0 mg/L (ppm). El HI96709-11 incluye una cubeta “A” sellada para poner a cero el medidor y una cubeta “B” que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar “B” es $10,0 \pm 0,5$ mg/L de manganeso a 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un ambiente de temperatura controlada.

Se suministra con certificado de análisis.

Código de producto

Numero de lote

Fecha de caducidad

Valor estándar @ 25°C

Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

Ligero apretado

Protege de roturas accidentales

La validación y calibración del rango de manganeso para el fotómetro portátil HI96709 es rápida y sencilla con los estándares CAL Check HI96709-11.