EstÃ¡ndares CAL Checkâ„¢ de Manganeso de Alto Rango â€“ HI96709-11

Description

HI96709-11 es un conjunto de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotÃ³metro portÃ¡til de manganeso de alto rango (HI96709) que tiene un rango de manganeso de 0,0 a 20,0 mg/L (ppm). El HI96709-11 incluye una cubeta â€œAâ€• sellada para poner a cero el medidor y una cubeta â€œBâ€• que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estÃ¡ndar â€œBâ€• es 10,0 Â±0,5 mg/L de manganeso a 25 Â°C. El conjunto de calibraciÃ³n se produce en nuestras instalaciones de fabricaciÃ³n de Ãºltima generaciÃ³n utilizando productos quÃmicos de grado reactivo en un ambiente de temperatura controlada.

Se suministra con certificado de anÃ¡lisis.

CÃ³digo de producto
Numero de lote
Fecha de caducidad
Valor estÃ¡ndar @ 25Â°C
Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

Ligero apretado
Protege de roturas accidentales

La validaciÃ³n y calibraciÃ³n del rango de manganeso para el fotÃ³metro portÃ¡til HI96709 es rÃ¡pida y sencilla con los estÃ¡ndares CAL Check HI96709-11.