



Buffer de Calibraci3n T3cnica pH 4.01 (500 mL)

## Description

HI5004 es un tamp3n de calibraci3n t3cnica de pH 4.01 de primera calidad producido de acuerdo con los est3ndares ISO 3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas con control de peso certificadas y cristaler3a Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con term3metros certificados. Los valores informados tienen una precisi3n de +/- 0,01 pH a 25 3C y son trazables seg3n los materiales de referencia est3ndar (SRM) del NIST.

El HI5004 se suministra con Certificado de An3lisis

- C3digo de producto
- Numero de lote
- Valor medio del lote
- SRM que se utilizaron
- Fecha de fabricaci3n
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una f3cil identificaci3n del valor del tamp3n de pH

F3cil de identificar diferentes valores de buffer

La soluci3n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.

## Especificaciones

Exactitud	T3cnica $\pm 0.01$ pH
Valor de pH @25 3C	4.01
Empaque	Frasco
Tama3o	1 L
Cantidad	1
Certificado de an3lisis	S3