



Reactivos de Glicina en Polvo (100 pruebas) – HI93703-52

Description

Los HI93703-52 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos se utilizan para eliminar la interferencia de cloro que también reaccionaría con DPD y causaría un tinte rosado en la muestra. Al agregar el reactivo a la muestra, se producirá una reacción para eliminar la interferencia. A continuación se agrega el reactivo HI93757-0 para ozono a la muestra y se lleva a cabo el análisis colorimétrico. Estos reactivos son opcionales y solo deben ser utilizados cuando hay cloro presente en la muestra.

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	100