Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas para Cloro Libre y Total (Rango Bajo y Medio) (200 pruebas) â€“ HI38017-200

Description

Los HI38017-200 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones de cloro libre y total rÃ¡pidas y precisas con el kit quÃmico de pruebas. Estos reactivos siguen el mÃ©todo DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) para determinar la concentraciÃ³n de cloro libre y total.Para la determinaciÃ³n del cloro libre y total se agrega el reactivo en polvo DPD apropiado a una muestra que contiene cloro. La reacciÃ³n entre el cloro y el reactivo provoca la formaciÃ³n de un complejo de color rosa. Cuanto mayor es la concentraciÃ³n, mÃ¡s profundo es el color. Se incluye un Disco Checker para un anÃ¡lisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentraciÃ³n de cloro libre y total. Estos reactivos estÃ¡n diseÃ±ados para ser utilizados con muestras de rango bajo que tienen un rango de cloro libre y total esperado de 0.00 a 0.70 mg/L (ppm) de Cl_2 y muestras de rango medio que tienen un rango esperado de 0.0 a 3.5 mg/L (ppm) de Cl_2.

Especificaciones

ppm (mg/L) @ 25 Â° C	1000 mg/L (ppm) de amoniaco (como NH3-N)
Paquete	Frascos
TamaÃ±o	500 mL
Cantidad	1
Certificado de anÃ¡lisis	No