Reactivos de Reemplazo para el Kit de Prueba de Cloro Libre (Rango Medio) (100 pruebas) â€“ HI3875-100

## Description

El HI3875-100 es un reactivo de alta calidad preparado previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones de cloro libre rÃ¡pidas y precisas con el kit de prueba quÃmica. Estos reactivos siguen el mÃ©todo DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) para determinar la concentraciÃ³n de cloro libre.

Para la determinaciÃ³n del cloro libre se agrega el reactivo en polvo DPD a una muestra que contiene cloro. La reacciÃ³n entre el cloro y el reactivo provoca una coloraciÃ³n rosa en la muestra. Cuanto mayor es la concentraciÃ³n, mÃ¡s profundo es el color. Se incluye un Disco Verificador para un anÃ¡lisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentraciÃ³n de cloro libre. Estos reactivos estÃ¡n diseÃ±ados para ser utilizados con muestras que tienen un rango de cloro libre esperado de 0.0 a 3.5 mg/L (ppm) de $Cl_2$.