Reactivos para Checker® de Amoniaco de Rango Medio (25 Pruebas) – HI715-25

Description

Los HI715-25 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones rápidas y precisas con el Checker® HC para Amoniaco de Rango Medio. Estos reactivos siguen el Método de Nessler en el que la reacción entre el amoniaco y los reactivos provoca un color amarillo en la muestra. Al agregar 4 gotas de cada botella del conjunto de reactivos HI715-25 a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI715 determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/L) de amoniaco-nitrógeno (NH_3-N). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 9.99 ppm de amoniaco-nitrógeno. Para convertir la lectura a ppm de amoniaco (NH_3) multiplique el resultado por 1.214.