Reactivos para CheckerÂ® de Amoniaco de Rango Medio (25 Pruebas) â€“ HI715-25

Description

Los HI715-25 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones rÃ¡pidas y precisas con el CheckerÂ® HC para Amoniaco de Rango Medio. Estos reactivos siguen el MÃ©todo de Nessler en el que la reacciÃ³n entre el amoniaco y los reactivos provoca un color amarillo en la muestra. Al agregar 4 gotas de cada botella del conjunto de reactivos HI715-25 a la muestra, la reacciÃ³n tendrÃ¡ lugar y el HI715 determinarÃ¡ la concentraciÃ³n del color que se produce. Los resultados se mostrarÃ¡n en ppm (mg/L) de amoniaco-nitrÃ³geno (NH_3-N). Estos reactivos estÃ¡n diseÃ±ados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 9.99 ppm de amoniaco-nitrÃ³geno. Para convertir la lectura a ppm de amoniaco (NH_3) multiplique el resultado por 1.214.