



Reactivos para Checker® HC de Cloro Total Rango Ultra Bajo (25 Pruebas) – HI761-25

## Description

Los HI761-25 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su Checker® HC de Cloro Total Rango Ultra Bajo. Estos reactivos siguen el método DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo provoca un color rosa en la muestra. Al agregar el sobre de reactivo HI761-25 a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI761 determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrará en ppb de cloro total. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 500 ppb de cloro total.