Reactivos para Checker HC de Fosfato Rango Bajo Línea Piscina (25 Pruebas)

Description

Los Reactivos de Fosfato de Rango Bajo para Checker? HC L?nea Piscina HI7134-25 son reactivos de alta calidad que est?n premedidos, lo que permite a los usuarios lograr mediciones r?pidas y precisas con el Checker? de Fosfato de Rango Bajo HI7134. Estos reactivos siguen el M?todo del ?cido Asc?rbico en el que la reacci?n entre el fosfato y el reactivo provoca un color azul en la muestra. Al agregar el paquete de reactivo HI7134-25 a la muestra, se producir? la reacci?n y el HI7134 determinar? la concentraci?n a partir del color que se produce. Los resultados se mostrar?n en ppm (mg/L) de fosfato. Los Reactivos de Fosfato de Rango Bajo para Checker? HC L?nea Piscina HI7134-25 est?n dise?ados para usarse al medir el agua de piscinas, jacuzzis o spas que tienen un rango esperado de 0.00 a 2.50 ppm de fosfato.

Especificaciones

SKU	HI7134-25
Nombre del producto	Reactivos para Checker® HC de Fosfato Rango Bajo Línea Piscina (25 Pruebas)
Envase	Sobres
Cantidad de Análisis	25 pruebas
Método	adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Aguas Residuales, 20ª edición, Método del Ácido Ascórbico. La reacción entre el fosfato y el reactivo provoca un color azul en la muestra.