



Reactivos para Checker® HC de Manganese de Rango Alto (25 Pruebas) – HI709-25

Description

Los HI709-25 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones rápidas y precisas con su Checker HC de Manganese De Rango Alto. Estos reactivos siguen el método del Peryodato en el cual la reacción entre el manganeso y los reactivos provoca un color rosado en la muestra. Cuando se agregan los reactivos HI709-25 a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI709 determinará la concentración según el color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm de manganeso. Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un intervalo esperado de 0.0 a 20.0ppm de manganeso.

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	25 pruebas
Método	Método USEPA 330.5 y Método Estándar 4500-CI G