HI93734-01

Description

Los HI93734-01 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimÃ©tricas rÃ¡pidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptaciÃ³n del MÃ©todo 330.5 de USEPA y el MÃ©todo EstÃ¡ndar 4500-Cl G. La reacciÃ³n entre el cloro y los reactivos provoca un color rosa en la muestra. Al agregar 5 ml del reactivo HI93734-0 a la muestra, seguido de un sobre de HI93701-0, tendrÃ¡ lugar la reacciÃ³n con el cloro libre. Para el cloro total es necesaria la adiciÃ³n de 3 gotas de HI93734C-0. DespuÃ©s de la adiciÃ³n del reactivo apropiado, el fotÃ³metro portÃ¡til compatible HI96734 determinarÃ¡ la concentraciÃ³n del color que se produce. Los resultados se mostrarÃ¡n en mg/L de cloro libre o total. Estos reactivos estÃ¡n diseÃ±ados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 10.0 mg/L de cloro libre y total.

Especificaciones

Envase	Sobres y botellas
Cantidad de AnÃ¡lisis	100 pruebas
MÃ©todo	AdaptaciÃ³n del MÃ©todo 330.5 de USEPA y el MÃ©todo EstÃ¡ndar 4500-Cl G. La reacciÃ³n entre el cloro libr provoca un color rosa en la muestra.