



Reactivos para Cloro Total (300 pruebas) – HI93711-03

Description

Los HI93711-03 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen el Método DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo provoca un color rosa en la muestra. La intensidad del color se determina mediante un fotómetro compatible y la concentración de cloro total se mostrará en mg/L (ppm). Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 5.00 mg/L de Cloro Total.

Especificaciones

Paquete	Frascos y sobres
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación del método USEPA 330.5 y del Método Estándar 4500-Cl G.