



Estándar de Verificación Cloro Libre para Checker HC® - HI701-11

Description

Nuestro Estándar de Verificación de Cloro Libre es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de Cloro Libre – HI701. El HI701-11 incluye una cubeta sellada para cero ppm de cloro libre y una cubeta teñida para una muestra equivalente de 1,00 ±0,05 ppm de cloro libre a 25 ?. El conjunto de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un ambiente de temperatura controlada.

Suministrado Con Certificado De Análisis.





CERTIFICATE OF ANALY

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FO

Proc Code: 711

Lot number | SC0372/14

Expiration date: per 2017

Standard cuvette	Lot	25°C (ppm)	
A, HI 711-11	. 38	100	
B, HI 711-11	2039	± 0.0F	-


Hanna Instruments certifies thes undards out states as indicated. These should be sed for my continuous function on the specified Hanna in the only. storage box upright at room temperated. Do not a linstructions for use:

- 1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 I handle using top of cuvette. The cuvette wall must smudges.
- At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard a vette Checker and press operations button.
- 3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette press the operations button.

www.hannachile.com/ventas@hannachile.combetween 0.95 and 1.05 ppm



- Código de producto.Número de lote.
- Fecha de caducidad.



Especificaciones

SKU HI701-11

Nombre Estándar de Verificación de Cloro Libre - HI701-11

Certificado de análisis Sí

Paquete Cubetas Cantidad 1 juego