



Set de Calibración de Cloro Libre para Checker HC® – HI701-11

Description

Nuestro Set de Calibración de Cloro Libre es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de Cloro Libre – HI701. El HI701-11 incluye una cubeta sellada para cero ppm de cloro libre y una cubeta teñida para una muestra equivalente de $1,00 \pm 0,05$ ppm de cloro libre a 25 °. El conjunto de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un ambiente de temperatura controlada.

Suministrado Con Certificado De Análisis.



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)
A, HI 711-11	2038	1.00
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05

Hanna Instruments certifies these standards as indicated. These should be used for quality control function on the specified Hanna instrument only. Store storage box upright at room temperature. Do not use. Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lens tissue. Handle using top of cuvette. The cuvette wall must be free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette in the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette in the Checker and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm

- Código de producto.
- Número de lote.
- Fecha de caducidad.

image not found or type unknown



Especificaciones

SKU	HI701-11
Nombre	Set de Calibración de Cloro Libre – HI701-11
Certificado de análisis	Sí
Paquete	Cubetas
Cantidad	1 juego