



Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Cloro Total Rango Ultra Bajo – HI761-11

Description

El HI761-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker®HC de Cloro Total Rango Ultra Bajo – HI761. El HI761-11 incluye una cubeta sellada para cero ppb de cloro total y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de 200 +/- 15 ppb de cloro total a 25°C. El conjunto de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

El HI761-11 se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad