



Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Cloruro – HI753-11

Description

El HI753-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de Cloruro – HI753. El HI753-11 incluye una cubeta sellada para cero ppm de cloruro y una cubeta con una coloración equivalente a una concentración de 10.0 +/- 1.0 ppm de cloruro a 25°C. El conjunto de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

El HI753-11 se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Numero de lote
- Fecha de caducidad

Especificaciones

SKU	HI753-11
Nombre del producto	Conjunto de estándares de calibración para Checker HC de cloro
Certificado de análisis	Si
Empaque	Cubetas
Cantidad	1 set