




Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Cloro de Rango Ultra Alto – HI771-11


Description

El HI771-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de Cloro Total de Rango Ultra Alto – HI771. El HI771-11 incluye una cubeta sellada para 0 ppm de cloro total y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de 200 +/- 10 ppm de cloro total a 25°C. El set de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

El HI771-11 se suministra con Certificado de Análisis



- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad



Especificaciones

Tamaño	230 mL
Paquete	Botella
Cantidad	1
Certificado de análisis	No