



Set de Verificaci3n de Calibraci3n para Checker® HC de Cloro de Rango Ultra Alto â€ HI771-11

Description

El HI771-11 es un conjunto de estÃndares de calibraci3n de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de Cloro Total de Rango Ultra Alto â€ HI771. El HI771-11 incluye una cubeta sellada para 0 ppm de cloro total y una cubeta con coloraci3n equivalente a una concentraci3n de 200 +/- 10 ppm de cloro total a 25Â°C. El set de verificaci3n de calibraci3n se produce en nuestras instalaciones de Ãltima tecnologÃa utilizando productos quÃmicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

El HI771-11 se suministra con Certificado de AnÃlisis



- CÃdigo de producto
- NÃmero de lote
- Fecha de caducidad



Especificaciones

TamaÃo 230 mL
Paquete Botella
Cantidad 1
Certificado de anÃlisis No