



Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Cloro Libre Rango Ultra Bajo – HI762-11

## Description

El HI762-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC para Cloro Libre Rango Ultra Bajo – HI762. El HI762-11 incluye una cubeta sellada para cero ppb de cloro libre y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de  $200 \pm 15$  ppb de cloro libre a  $25^{\circ}\text{C}$ . El conjunto de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

## El HI727-11 se suministra con Certificado de Análisis

Image not found or type unknown



- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

Image not found or type unknown

