


Set de Verificación de Calibración para Checker HC de Nitrato Marino de Rango Alto – HI782-11

## Description

El HI782-11 incluye una cubeta sellada con un valor de nitrato cero y una cubeta con una coloración equivalente a un valor de nitrato estándar a 25 °C impreso en el Certificado de Análisis. El set de verificación de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

**El HI782-11 se suministra con Certificado de Análisis, que contiene:**

- Valor de nitrato certificado
- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Paquete | sobres |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Método | Adaptación del método aluminon. La reacción entre el aluminio y los reactivos provoca un color rojizo en la muestra |