



Sobres de Estándar de Calibración Técnica pH 6.68 (25 x 20mL) – HI50068-02

Description

El HI50068-02 es un estándar de calibración técnica de pH 6.68 de calidad superior producido de acuerdo con las norma ISO 3696/BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristalería de clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25°C y son trazables con los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

El HI50068-02 se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Numero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que se usaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar/span>
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Valor TDS @ 25 °C	1,382 mg/L (ppm)
Paquete	Sobres
Tamaño	20 mL
Cantidad	25
Certificado de análisis	No