



Sobres de Solución de Calibración de 1413 nS/cm y pH 7.01 (20 x 20 mL, 10 cada uno) - HI77100C

Description

El HI77100C es un set de estándares de conductividad de 1.413 ?S/cm de primera calidad y estándares de pH 7.01 que son trazables por NIST y producido de acuerdo con ISO 3696 / BS3978. La línea de soluciones de calibración de Hanna se prepara utilizando balanzas certificadas con control de peso, cristalería de clase A y productos químicos de grado reactivo para una calidad y precisión óptimas.?

Conveniencia del embalaje individual

- Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
- Ideal para uso en terreno debido a su portabilidad
- Cada sobre está tan fresco como el día en que fue empaquetado
- El empaque a prueba de luz evita la oxidación por la luz ultravioleta que podría alterar el valor del estándar

Cada sobre está marcado con el número de lote y la fecha de vencimiento.

Las soluciones de Hanna están especialmente formuladas para tener un vencimiento de 5 años desde su fabricación para un sobre sin abrir.

El HI77100C se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote

•



Valor promedio del lote

- SRMs que fueron utilizados
- Fecha de fabricación
- Fecha de vencimiento

Especificaciones

Valor de pH @ 25°C	7.01
μS/cm @25°C	1,413 µS/cm
Paquete	Sobres
Tamaño	20 mL
Cantidad	20 pzas,10 de cada uno
Sobre compatible con la FDA	No
Certificado de análisis	Si