Sobres de Solución de Calibración Milésima pH 1.000 (25 x 20 mL) – HI60001-02

Description

La HI60001-02 es una soluci?n de calibraci?n t?cnica de pH 1.000 de calidad superior producida seg?n la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristaler?a de clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con term?metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.002 pH a 25?C y son trazables a los Materiales de Referencia Est?ndar (SRMs) del NIST.

La HI60001-02 se suministra con Certificado de An?lisis

- C?digo de producto
- N?mero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron utilizados
- Fecha de fabricaci?n
- Fecha de vencimiento

?

Etiqueta codificada por colores para una f?cil identificaci?n del valor del est?ndar de pH

- F?cil de identificar diferentes valores de est?ndar
- La soluci?n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH