



Sobres de Solución de Calibración Milésima de pH 7.010 (25 x 20 mL) – HI60007-02

Description

La HI60007-02 es una solución de calibración con una milésima de resolución de pH, valor 7.010 de calidad superior producida según la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio Clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.002 pH a 25°C y son trazables con Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

La HI60007-02 se suministra con Certificado de Análisis

image not found or type unknown



- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

-

Fácil de identificar diferentes valores de estándar

- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Paquete	Frascos
Tamaño	1L
Cantidad	1
Certificado de análisis	Bajo solicitud