SoluciÃ³n de Almacenamiento de Electrodos LÃnea Piscina (500 mL)

## Description

La SoluciÃ³n de Almacenamiento de Electrodos LÃnea Piscina HI703004L es una soluciÃ³n de almacenamiento especialmente formulada para el mantenimiento adecuado de las sondas de pH y ORP cuando no se utilizan. Para optimizar el tiempo de respuesta es importante mantener hidratado el bulbo de pH. TambiÃ³n es importante mantener la uniÃ³n de las sondas de pH y ORP. Todos los electrodos tienen una uniÃ³n que es una vÃa elÃ©ctrica entre la soluciÃ³n probada y un electrodo interno. Mantener esta uniÃ³n hidratada mantiene la uniÃ³n fluyendo libremente, lo que proporciona lecturas mÃ¡s rÃ¡pidas y estables.Para las sondas de proceso, la HI703004L debe usarse para rehidratar el electrodo despuÃ©s de limpiar los aceites y lociones que cubrirÃ¡n los sensores con el tiempo. DespuÃ©s de usar una soluciÃ³n de limpieza, la sonda debe ser colocada en una soluciÃ³n de almacenamiento durante 15 minutos para permitir que la capa de hidrataciÃ³n se vuelva a formar. Una vez rehidratada la sonda, se debe realizar una calibraciÃ³n.Una piscina, jacuzzi o spa en buen estado comienza con lecturas precisas y se requiere el almacenamiento adecuado de un electrodo de pH / ORP para garantizar el mÃ¡ximo rendimiento y una larga vida Ãºtil.

## Air tight bottle with tamper-proof seal

- Botella hermÃ©tica con un sello a prueba de manipulaciones

## Garantiza la calidad y frescura de la soluciÃ³n

- Las soluciones de almacenamiento de Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener un vencimiento de 5 aÃ±os a partir de la fecha en que se empac? la soluciÃ³n.

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| SKU | HI703004L |
| Nombre del producto | SoluciÃ³n de Almacenamiento de Electrodos LÃnea Piscina (500 mL) |
| DescripciÃ³n | SoluciÃ³n de almacenamiento de electrodos |
| Envase | Botella |
| Cantidad de AnÃ¡lisis | 1 |
| TamaÃ±o | 500 mL |