



Solución de Calibración Milésima pH 7.010 (1 L) – HI6007-01

Description

La HI6007-01 es una solución de calibración milésima pH 7.010 de calidad superior producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.002 pH a 25°C y son trazables a los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

La HI6007-01 se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Envasada en botella a prueba de luz

- Evita la oxidación por la luz UV que podría alterar el valor del estándar

Especificaciones

µS/cm @25°C	1413 µS/cm
Paquete	Frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No