



Solución de Calibración pH 6.86 en Botella FDA (500 mL) – HI8006L

Description

La HI8006L es una solución de calibración pH 6.86 de calidad superior producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y vidrio clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/-0.01 pH a 25°C y son trazables con Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

Los estándares de Hanna están especialmente formulados para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para una botella sin abrir


Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	100 pruebas

HANNA INSTRUMENTS CHILE





Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de
	Agua Potable y Agua Residual, 20ª edición, método DPD. La
	reacción entre el bromo y el reactivo provoca un colorrosado
	en la muestra.