SoluciÃ³n de Limpieza para DepÃ³sitos de Humus (500 mL) â€“ HI70664L

Description

La causa mÃ¡s comÃºn de las imprecisiones en la mediciÃ³n del pH es un electrodo sucio o incorrectamente limpiado. Esto es muy importante a tener en cuenta porque durante la calibraciÃ³n, el instrumento asume que el electrodo estÃ¡ limpio y que la curva de estandarizaciÃ³n creada durante el proceso de calibraciÃ³n seguirÃ¡ siendo una referencia vÃ¡lida hasta la prÃ³xima calibraciÃ³n. Los medidores de pH en el mercado actual permitirÃ¡n una tensiÃ³n de desplazamiento de aproximadamente Â± 60 mV. La desviaciÃ³n de 0 mV no es inusual, pero idealmente no deberÃa ser mayor de Â± 30 mV. El proceso de calibraciÃ³n compensa el cambio en el voltaje de compensaciÃ³n. Si el desplazamiento de mV continÃºa desviÃ¡ndose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrÃ¡n lecturas imprecisas.La serie de soluciones de limpieza garantiza la mÃ¡xima eficiencia y precisiÃ³n de sus sensores. La limpieza es una rutina rÃ¡pida y efectiva que se debe realizar de forma regular como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para asegurar que la uniÃ³n no estÃ© obstruida. La HI70664L es una soluciÃ³n de limpieza hecha para la industria agrÃcola donde los electrodos pueden contaminarse por los depÃ³sitos de humus.

Botella hermÃ©tica con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n

Cada botella marcada con el nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de limpieza de Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 aÃ±os desde la fabricaciÃ³n para una botella sin abrir.