SoluciÃ³n de Limpieza para DepÃ³sitos de Vino (25 sobres x 20 mL) â€“ HI700635P

Description

La causa mÃ¡s comÃºn de las imprecisiones en la mediciÃ³n del pH es un electrodo sucio o que no se limpiÃ³ correctamente. Esto es muy importante a tener en cuenta ya que durante la calibraciÃ³n, el instrumento asume que el electrodo estÃ¡ limpio y que la curva creada durante el proceso de calibraciÃ³n seguirÃ¡ siendo una referencia vÃ¡lida hasta la siguiente calibraciÃ³n. Los medidores de pH en el mercado actual permitirÃ¡n un valor de desplazamiento de aproximadamente ? 60 mV. El desvio de 0 mV no es inusual, pero idealmente no deberÃa ser mayor de ? 30 mV. El proceso de calibraciÃ³n compensa el cambio en el voltaje de compensaciÃ³n. Si el desplazamiento de mV continÃºa desviÃ¡ndose y el medidor se calibra con un electrodo sucio, se obtendrÃ¡n lecturas imprecisas.La serie de soluciones de limpieza garantiza la mÃ¡xima eficiencia y precisiÃ³n de sus sensores cuando se utiliza para la aplicaciÃ³n designada. La limpieza es una rutina rÃ¡pida y efectiva que se debe realizar de manera regular como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para asegurar que la uniÃ³n no estÃ¡ obstruida. La HI700635P es una soluciÃ³n de limpieza hecha especÃficamente para la industria del vino, donde los electrodos pueden recubrirse con partÃculas de vino y depÃ³sitos que se encuentran en el vino y el mosto.

Embalaje con lÃ¡mina a prueba de luz

- El sobre hermÃ©tico a la luz ayuda a prevenir la degradaciÃ³n por la luz ultravioleta

Sobres de un solo uso

- Garantiza la calidad y la frescura de la soluciÃ³n

Cada sobre viene marcado con nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de limpieza de Hanna estÃ¡n especialmente formuladas para tener un vencimiento de 5 aÃ±os a partir de la fabricaciÃ³n para un sobre que no haya sido abierto