SoluciÃ³n de CalibraciÃ³n MilÃ©sima de pH 1.679 (500 mL) â€“ HI6016

## Description

La HI6016 es una soluciÃ³n de calibraciÃ³n con una milÃ©sima de resoluciÃ³n de pH, valor 1.679 pH, de calidad superior producida segÃºn la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y vidrio clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con termÃ³metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.002 pH a 25Â°C y son trazables con Materiales de Referencia EstÃ¡ndar (SRMs) del NIST.

### La HI6016 se suministra con Certificado de AnÃ¡lisis

- CÃ³digo de producto
- NÃºmero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricaciÃ³n
- Fecha de caducidad

### Etiqueta codificada por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n del valor del estÃ¡ndar de pH

- FÃ¡cil de identificar diferentes valores de estÃ¡ndar
- La soluciÃ³n no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

### Almacenada en botella a prueba de luz

- Evita la oxidaciÃ³n por la luz UV que podrÃa alterar el valor del estÃ¡ndar

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| SKU | HI6016 |
| DescripciÃ³n | SoluciÃ³n de CalibraciÃ³n MilÃ©sima de pH 1.679 (500 mL) - HI6016 |
| Certificado de AnÃ¡lisis | Si |
| PrecisiÃ³n de pH | Â±0.002 pH |
| Valor pH @ 25Â°C | 1.679 |
| Envase | Botella |
| Cantidad de AnÃ¡lisis | 1 |
| TamaÃ±o | 500 mL |