



Solución de Calibración pH 4.01 (500 mL)

## Description

HI7004L es una solución de calibración pH 4.01 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un Certificado de Análisis. Los estándares de calibración Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

### Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la pureza de la solución

### Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Los estándares Hanna están especialmente formulados para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación de una botella sin abrir

### Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de tampón
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia del electrodo de pH

## Especificaciones

Exactitud	Estándar $\pm 0.01$ pH
Valor de pH @ 25°C	4.01
Paquete	Frasco
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No