



Soluci3n de Calibraci3n pH 9.18 (500 mL) â€“ HI7009L/C

Description

La HI7009L/C es una soluci3n de calibraci3n de pH 9.18 de calidad superior producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con term3metros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25Â°C y son trazables con Materiales de Referencia Est3ndar (SRMs) del NIST.



La HI7009L/C se suministra con Certificado de An3lisis

- C3digo de producto
- N3mero de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricaci3n
- Fecha de caducidad

Botella herm3tica con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Etiqueta codificada por color para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil identificación de diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH