



Solución de Calibración pH 9.18 (500 mL) – HI7009L/C

## Description

La HI7009L/C es una solución de calibración de pH 9.18 de calidad superior producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25°C y son trazables con Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

Image not found or type unknown



### La HI7009L/C se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

### Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

-

Garantiza la calidad y la frescura de la solución

**Etiqueta codificada por color para una fácil identificación del valor del estándar de pH**

- Fácil identificación de diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH